

Code No. 06-0590

製品規格書

ぎ酸(約98%)

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
不揮発物	0.01%以下
酢酸(CH ₃ COOH)	0.3%以下
塩化物(Cl)	0.002%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.01%以下
亜硫酸塩	試験適合(SO ₃ :約0.001%以下)
重金属(Pbとして)	0.001%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
濃度	97.0%以上