

Code No. 07-0475

製品規格書

グリセリン

蛍光顕微鏡用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
吸光度(240nm)	1.0以下
吸光度(260nm)	0.5以下
吸光度(280nm)	0.3以下
吸光度(300~400nm)	0.1以下
水分	1.0%以下
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上