Code No. 07-0578

# 製品規格書

## ガリウム標準液 (Ga 1000)

| 試　験　項　目 | 規　格　値 |
|---|---|
| 外観 | 無色澄明の液体 |
| 酸濃度(HNO3) | 0.4～0.6mol/L |
| 濃度(20℃) | 990～1010mg/L |



改訂日: 2018.04.02