

Code No. 07-0606

製品規格書

ゲンタマイシン硫酸塩溶液

細胞培養用

| 試験項目 | 規格値 |
|-----------|-----------------|
| 外観 | 無色～ほとんど無色、澄明の液体 |
| pH | 3.8～5.8 |
| 浸透圧 | 50～150mOsm/kg |
| エンドトキシン | 0.3EU/mL以下 |
| 無菌試験 | 試験適合 |
| マイコプラズマ試験 | 試験適合 |