

Code No. 07-0628

製品規格書

L(+)-グルタミン標準物質

Traceable Reference Material

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=4,H2O)	+6.3～+7.3°
乾燥減量(105°C)	0.2%以下
純度(グルタミンとして)	99.0%以上