

Code No. 07-0672

製品規格書

ガドリニウム標準液 (Gd 1000)

原子吸光分析用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.9～1.1mol/L
濃度(20℃)	0.99～1.01mg/mL