

Code No. 07-0673

製品規格書

ゲルマニウム標準液 (Ge 1000)

原子吸光分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
pH(25°C)	4.0~6.0
濃度(20°C)	0.99~1.01mg/mL