

Code No. 07-0674

## 製品規格書

### 金標準液 (Au 1000)

原子吸光分析用

試験項目	規格値
外観	黄色澄明の液体
酸濃度(HCl)	0.9~1.1mol/L
濃度(20℃)	0.99~1.01mg/mL