Code No. 07-0674

製品規格書

金標準液 (Au 1000)

原子吸光分析用

試　験　項　目	規　格　値
外観	黄色澄明の液体
酸濃度(HCl)	0.9～1.1mol/L
濃度(20℃)	0.99～1.01mg/mL

改訂日: 2023.05.15