

Code No. 07-0680

製品規格書

50mg/mL G-418硫酸塩溶液, 動物由来物フリー

遺伝子研究用

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
比旋光度[α]D20(G-418として)	+150～+180°
pH(25℃)	4.5～6.5
エンドトキシン	10EU/mL未満
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合
力価	実績値集積のうえ、規格化する
濃度(20℃)(G-418として)	45.0～55.0mg/mL