

Code No. 08-0040

## 製品規格書

### ヘキサン

ビタミン定量用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.658~0.662g/mL
吸光度(210nm)	1.00以下
吸光度(254nm)	0.05以下
酸(H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> として)	5ppm以下
硫酸着色物質	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	96.0%以上