

Code No. 08-0089

製品規格書

ヒドラジーン水和物

和光特級

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
不揮発物	0.01%以下
塩化物(Cl)	0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.005%以下
重金属(Pbとして)	5ppm以下
鉄(Fe)	5ppm以下
含量	98.0%以上