

Code No. 08-0105

製品規格書

臭化水素酸

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい褐色、澄明の液体
塩化物(Cl)	0.25%以下
りん酸塩(PO ₄ として)	0.002%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.02%以下
亜硫酸塩	試験適合(SO ₃ :約0.006%以下)
重金属(Pbとして)	0.002%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
濃度	47.0～49.0%