

Code No. 08-0176

製品規格書

ホスフィン酸

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
りん酸塩(PO4)	0.1%以下
硫酸塩(SO4)	0.1%以下
重金属(Pbとして)	0.002%以下
バリウム(Ba)	0.02%以下
ひ素(As)	0.001%以下
しゅう酸 濃度	試験適合 30.0~32.0%