

Code No. 08-0271

製品規格書

2mol/L塩酸

容量分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
ファクター(20°C)(電位差滴定法)	0.990~1.009