

Code No. 08-0334

製品規格書

1mol/L 塩酸

アミノ酸配列分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
過酸化物	試験適合
トレンス試験	試験適合
アミノ酸配列分析適合性	試験適合
ファクター(20°C)(指示薬法)	0.97~1.03