

Code No. 08-0347

## 製品規格書

### 塩酸

有害金属測定用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
亜鉛(Zn)	2ppb以下
カドミウム(Cd)	0.5ppb以下
水銀(Hg)	0.1ppb以下
すず(Sn)	2ppb以下
鉛(Pb)	0.5ppb以下
砒素(As)	2ppb以下
アンチモン(Sb)	1ppb以下
バナジウム(V)	10ppb以下
セレン(Se)	2ppb以下
クロム(Cr)	0.5ppb以下
マンガン(Mn)	2ppb以下
濃度	35.0～37.0%