

Code No. 08-0476

製品規格書

ヘキサン (残留農薬・PCB試験用)

濃縮300

| 試験項目 | 規格値 |
|--|-----------------|
| * 外観 | 無色澄明の液体 |
| * 残留農薬試験適合性(GC-FPD) | 試験適合 |
| 純度[CH ₃ (CH ₂) ₄ CH ₃](GC) | 面積分率96.0%以上 |
| 密度(20℃) | 0.658~0.662g/mL |
| 水分 | 質量分率0.01%以下 |
| ** 不揮発物 | 質量分率1ppm以下 |
| 残留農薬・PCB試験適合性 | 試験適合 |

JIS K 8825:2020(*:当社追加項目)(**:当社設定規格値)