

Code No. 08-0550

製品規格書

ヘプタン

島津タンパク質一次構造分析装置用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
吸光度(210nm)	0.80以下
吸光度(230nm)	0.10以下
吸光度(254~400nm)	0.01以下
水分	0.005%以下
アルデヒド(CH ₃ CHOとして)	1ppm以下
過酸化物(H ₂ O ₂ として)	1ppm以下
アミノ酸配列分析適合性	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上