

Code No. 08-0627

製品規格書

10w/v%塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液

鉄測定用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
銅(Cu)	2ppb以下
鉄(Fe)	2ppb以下
濃度	9.5~10.5w/v%