

Code No. 08-0785

製品規格書

ヘキサン

分光分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.658~0.662g/ml
屈折率20℃	1.374~1.376
吸光度(210nm)	0.25以下
吸光度(220nm)	0.08以下
吸光度(230nm)	0.04以下
吸光度(240nm)	0.02以下
吸光度(254~400nm)	0.01以下
水分	0.01%以下
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	96.0%以上