Code No. 08-0791

製品規格書

ヘキサン (残留農薬･PCB試験用)

濃縮5000

試　験　項　目	規　格　値
* 外観	無色澄明の液体
* 残留農薬試験適合性(GC-FPD)	試験適合
純度[CH3(CH2)4CH3](GC)	面積分率96.0%以上
密度(20℃)	0.658～0.662g/mL
水分	質量分率0.01%以下
** 不揮発物	質量分率1ppm以下
残留農薬・PCB試験適合性	試験適合

JIS K 8825:2020(*:当社追加項目)(**:当社設定規格値)

改訂日: 2020.05.28