

Code No. 08-0824

## 製品規格書

### ヒドロコルチゾン標準品

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶性粉末～粉末
1,4-ジオキサン溶状(乾燥後)	試験適合
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=1, 1,4\text{-dioxane})$ (乾燥後)	+150～+156°
乾燥減量(105°C)	1.0%以下
含量(HPLC)	98.0%以上