

Code No. 08-0834

製品規格書

HBSS(-)(フェノールレッド含有)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	赤色澄明の液体
pH	7.1～7.5
浸透圧	265～295mOsm/kg
エンドトキシン	0.1EU/ml以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合