

Code No. 08-0856

## 製品規格書

Ham's F-12K(L-グルタミン, フェノールレッド, ピルビン酸ナトリウム含有)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	赤色澄明の液体
pH	7.2~7.9
浸透圧	315~365mOsm/kg
エンドトキシン	0.1EU/ml以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合
実用試験	試験適合