

Code No. 08-0935

## 製品規格書

HBSS(-)(フェノールレッド不含)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
pH	7.1～7.5
浸透圧	265～295mOsm/kg
エンドトキシン	0.1EU/mL以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合