

Code No. 08-0986

## 製品規格書

### 10XHBSS(-)(フェノールレッド不含)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色の液体
pH	5.7～6.1
浸透圧	230～330mOsm/kg
エンドトキシン	0.1EU/mL以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合