

Code No. 08-1038

製品規格書

ハイブリドーマ用無血清培地

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色～黄色、澄明の液体
pH	7.3～7.7
浸透圧	280～300mOsm
エンドトキシン	0.25EU/mL以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合
実用試験	試験適合