

Code No. 09-0385

製品規格書

鉄標準液 (Fe 100)

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.09～0.11mol/L
濃度(20°C)	98.0～102.0mg/L