

Code No. 09-0564

## 製品規格書

### ヨード酢酸

プロテオミクス用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
融点	80～84℃
強熱残分(硫酸塩)	0.1%以下
遊離よう素(I)	0.005%以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
プロテアーゼ	試験適合
含量	99.0%以上