

Code No. 09-0628

製品規格書

イソプロチオラン標準物質

TraceSure(R)

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶～結晶性粉末
アセトン溶状	試験適合
融点	54～56℃
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	0.1%以下
純度	99.0%以上
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上