

Code No. 09-0674

製品規格書

ITS-G サプリメント(X100)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色～うすい赤色、液体
pH	実績値集積のうえ、規格化する
浸透圧	220～320mOsm/kg
エンドトキシン	0.6EU/mL以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合