

Code No. 09-0731

製品規格書

インジウム標準液 (In 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
酸濃度(HNO ₃ として)	4~6w/w%
濃度(20℃)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合