

Code No. 09-0733

製品規格書

イリジウム標準液 (Ir 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	暗褐色の液体
酸濃度(HClとして)	4~6w/w%
濃度(20°C)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合