

Code No. 11-0065

製品規格書

カルキトックスTM

病理研究用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(EDTA2Na)	0.09~0.14%
塩酸(HCl)	4.3~5.3%