

Code No. 11-0096

製品規格書

カナマイシン硫酸塩溶液

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
pH	6.0～8.0
浸透圧	300～440mOsm/kg
エンドトキシン	0.3EU/ml以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合