

Code No. 12-0339

## 製品規格書

### リチウムイオン標準液(Li+:1,000ppm)

イオンクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> として)	0.018~0.022mol/L
他の陽イオン	試験適合
濃度(20℃)	0.99~1.01mg/mL