

Code No. 12-0429

## 製品規格書

### 鉛標準液 (Pb 1000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> )	0.09~0.11mol/L
濃度(20℃)	990~1010mg/L