

Code No. 12-0522

製品規格書

リチウム標準液 (Li 1000)

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.03~0.07mol/L
濃度(20℃)	990~1010mg/L