

Code No. 12-0674

製品規格書

リチウム標準液 (Li 1000)

ICP分析用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃ として)	4～6w/w%
濃度(20℃)	990～1010mg/L
不純物元素	試験適合