

Code No. 12-0682

製品規格書

ランタン標準液 (La 1000)

原子吸光分析用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.9～1.1mol/L
濃度(20℃)	0.99～1.01mg/mL