

Code No. 12-0686

製品規格書

ルテチウム標準液 (Lu 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
濃度(20℃)	990～1010mg/L
不純物元素	試験適合