Code No. 12-0715

製品規格書

ランタン標準液 (La 1000)

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO3)	0.9～1.1mol/L
濃度(20℃)	990～1010mg/L

制定日: 2026.06.25