

Code No. 13-0798

## 製品規格書

### 過塩素酸マグネシウム

元素分析用

| 試験項目                                    | 規格値           |
|---|---------------|
| * 外観                                    | 白色、結晶又は柱状又は粒状 |
| * 粒度(300~850 $\mu$ m)                   | 80%以上         |
| 純度[Mg(ClO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> ] | 質量分率83.0%以上   |
| 酸(HClO <sub>4</sub> として)                | 質量分率0.005%以下  |
| 塩基(MgOとして)                              | 質量分率0.01%以下   |

JIS K 8228:2020(\*:当社追加項目)