

Code No. 13-0884

製品規格書

ジクロロメタン(残留農薬・PCB試験用)

濃縮300

試験項目	規格値
* 外観	無色透明の液体
純度(CH ₂ Cl ₂)(GC)	質量分率99.5%以上
密度(20℃)	1.315~1.330g/mL
水分	質量分率0.01%以下
不揮発物	質量分率0.0002%以下
残留農薬・PCB試験適合性	試験適合
* 残留農薬試験適合性(GC-FPD)	試験適合
* メタノール(安定剤)	質量分率0.2~0.5%

JIS K 8117:2015
(*:当社追加項目)