Code No. 13-0966

## 製品規格書

## マイヤーヘマトキシリン溶液

## 病理研究用

試験項目	規格値
外観	試験適合
吸収極大波長(λ max1)	550~560nm
吸収極大波長(λ max2)	430~440nm
吸収極大波長(λ max3)	275~285nm
吸光度(1→100, λ max1)	0.5~0.8
吸光度(1→100, λ max2)	0.15~0.25
吸光度(1→100, λ max3)	0.15~0.25
pH(25℃)	2.0~3.0
実用試験	試験適合

(1/1) 改訂日: 2020.11.04