

Code No. 13-1145

## 製品規格書

### 多元素混合標準液R-III

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> )	0.90~1.10mol/l
ジスプロシウム(Dy)	95~105mg/l
エルビウム(Er)	95~105mg/l
ホルミウム(Ho)	95~105mg/l
ルテチウム(Lu)	95~105mg/l
ツリウム(Tm)	95~105mg/l
イッテルビウム(Yb)	95~105mg/l