

Code No. 13-1150

製品規格書

多元素混合標準液W-II

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	ごくうすい赤色～わずかにうすい赤色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.90～1.10mol/L
カルシウム(Ca)	950～1050mg/L
コバルト(Co)	95～105mg/L
鉄(Fe)	95～105mg/L
マグネシウム(Mg)	950～1050mg/L
マンガン(Mn)	95～105mg/L
ニッケル(Ni)	95～105mg/L