

Code No. 13-1151

製品規格書

多元素混合標準液W-III

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	青色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.90~1.10mol/L
カドミウム(Cd)	95~105mg/L
クロム(Cr)	95~105mg/L
銅(Cu)	950~1050mg/L
鉛(Pb)	95~105mg/L
亜鉛(Zn)	950~1050mg/L