

Code No. 13-1211

## 製品規格書

### マンガン標準液 (Mn 100)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> )	0.09~0.11 mol/L
濃度(20°C)	98.0~102.0 mg/L